


33156-1



File: 33156-1.raw - Type: 2-Theta locked - Start: 4.000° - End: 70.000° - Step: 0.050° - Step time: 2. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 2-Theta: 4.000° - Theta: 2.000° - Phi: 0.00° - Aux1: 0.0 - Aux2: 0.0 - Aux3: 0.0 - Di
Operations: Smooth 0.150 | Background 0.000,1.000 | Import
01-0994 (D) - Halite - NaCl - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Cubic - a: 5.62800 - b: 5.62800 - c: 5.62800 - alpha: 90.000 - beta: 90.000 - gamma: 90.000 - Face-centred - Fm3m (225) - 4 - 178.263 - I/c PDF 1. -





درخواست کننده: طراحان تصفیه کوثر

نشانی:

جاده مخصوص تهران- کرج، کیلومتر ۲۶، جنب شرکت اتمسفر، خیابان سروستان، کوچه سوم غربی، پلاک ۱۶۵

نام قطعه یا نمونه: نمونه نمک

شماره مرجع مشتری:

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: 25°C رطوبت: ۳۰٪ پیوست: نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

آزمایش انجام شده در محدوده دامنه گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 قرار دارد.

شماره پیگیری: ۳۳۱۵۶-۱

شماره ویرایش: ۰

تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

تاریخ اتمام آزمون: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

صفحه: ۳ از ۳



● کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو طی ۹ دوره متوالی

● دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

● معتمد سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

● واحد نمونه استان تهران به انتخاب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRD

استاندارد مرجع آزمون: BS EN 13925-1: 2008

آماده سازی نمونه: با خردایش بدون خردایش
ولتاژ: 40 kV جریان: 30 mA
آند: Cu
Step Size: 0.05 Counting time: 0.5 sec
20 : 4-70°

با بررسیهای انجام شده به روش XRD بر روی نمونه ارسالی نتایج حاصل به شرح زیر میباشد:

1. Halite NaCl

توضیحات

- طیف XRD نمونه ضمیمه میباشد.
- نتایج آزمون به نحوه ی نمونه برداری و یکنواختی نمونه بستگی دارد.

گزارش تنها با بر حسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نمی باشد. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد.

در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل. تلفن: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱) یا Email: y_jaferian@razi-center.net می باشد.

نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی سرخه حصار، خیابان فرزان، پلاک ۸. تلفن: ۰۲۱)۶۳۰۷ (دورنگار: ۴۶۸۳۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱)

صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱)

Website: www.razi-center.net

Email: info@razi-center.net

